



## Verification of RoHS conformity

**[Bestätigung der RoHS-Konformität]**  
**1147-20-CC-20-PB001**

Customer [Auftraggeber] .....	NON Corp. No.226-227, Hanshin S-Meca, 65 Techno 3-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea	
Manufacturer [Hersteller] .....	NON Corp. No.226-227, Hanshin S-Meca, 65 Techno 3-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea	
Product [Erzeugnis] .....	Sterilizing sticks	
Type [Typ] .....	„Dr. Clo“	
Pictures [Bilder] .....		
Test report [Prüfbericht] .....	1147-20-CC-20-PP001	
Requirements [Anforderungen] .....	Dir 2011/65/EU (RoHS) [RL 2011/65/EU (RoHS)]	
	Pb	< 0,1 %
	Cd	< 0,01 %
	Hg	< 0,1 %
	Cr VI	< 0,1 %
	PBB/PBDE	< 0,1 %
	Phthalates (DEHP, DIBP, DBP, BBP)	< 0,1 %
<p><b>Based on the performed tests, the above-mentioned product meets the requirements of the directive 2011/65/EU (RoHS).</b></p> <p>[Auf Basis der durchgeführten Prüfungen erfüllt das obengenannte Produkt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).]</p> <p>The verified conformity relates exclusively to the product, type and batch named above. [Die überprüfte Konformität bezieht sich ausschließlich auf das obengenannte Produkt, Typ und Charge.]</p>		

Hannover, 22.12.2020

  
**Dr. Doreen Wöhl**  
 Chemical Analytics  
 [Chemische Analytik]

TÜV SÜD Group  
 TÜV SÜD  
 TÜV SÜD  
 TÜV SÜD

T. +49 9131 75-0  
 F. +49 9131 75-200  
 E. [service@tuev-sued.com](mailto:service@tuev-sued.com)  
 I. <http://www.tuev-sued.com>